

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710”.

Мета проведення закупівлі: для забезпечення належного функціонування обладнання відділу досліджень матеріалів, речовин та виробів Львівського НДЕКЦ МВС.

Замовник: Львівський НДЕКЦ МВС

ЄДРПОУ: 25575150

Вид процедури: відкриті торги.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-07-15-002377-с.

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 – 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»(Сервісне обслуговування газового хроматографа-мас-спектрометра).

Кількість – 1 послуга.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 45480.00 грн (сорок п'ять тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 коп.) з ПДВ. Очікувану вартість розраховано шляхом аналізу ринку відповідних послуг через пошук загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, а також в електронній системі закупівель ProZorro, на підставі у межах затверджених обсягів фінансування у 2021 році.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: визначено відповідно до потреб відділу досліджень матеріалів, речовин та виробів Львівського НДЕКЦ МВС та вимог до експлуатації обладнання, з дотриманням норм та принципів Закону України “Про публічні закупівлі”, технічних та інших норм, стандартів і правил, встановлених діючим законодавством України для відповідного виду послуг.

Назва, кількість та характеристики товару:

№ п/п	Найменування	Вимоги	Кількість послуг
1	Сервісне обслуговування газового хроматографа-мас-спектрометра GC/MS Agilent Technologies 6890N/5975B	Наявність	1
1.1	Діагностика робочих параметрів хроматографа-мас-спектрометра GC/MS Agilent Technologies 6890N/5975B	Відповідність	
1.2	Діагностика робочих параметрів програмного забезпечення	Відповідність	
1.3	Інжектор	Відповідність	
1.3.1.	перевірка стану лайнера, ущільнень та скловати та їх заміна в разі необхідності;	Відповідність	
1.3.2.	перевірка герметичності аналітичних ліній (каналів подачі газу-носія, обдувки септи та каналу скидання потоку ділення)	Відповідність	
1.3.3.	перевірка параметрів інжектора (за потоками та тиском)	Відповідність	
1.4.	Детектор		
1.4.1.	перевірка стану детектора (філаментів, камери іонізації) та їх очистка чи заміна/рекомендація заміни в разі необхідності;	Відповідність	
1.4.2.	перевірка робочих параметрів вакууму та тестування на герметичність;	Відповідність	
1.5.	Форвакуумний насос: перевірка стану оливи та її заміна/ в разі необхідності	Відповідність	
1.6.	Термостат: перевірка температурних режимів термостату	Відповідність	
1.7.	Автоінжектор		
1.7.1.	діагностика робочих параметрів автоінжектора	Відповідність	
1.7.2.	перевірка стану шприца та його очистка, віал для промивки та зливу;	Відповідність	
1.8.	Кондиціювання системи (інжектор, детектор) в разі необхідності (наприклад, забруднення вузлів чи елементів системи);	Відповідність	
1.9.	Перевірка стану фільтрів очистки газів та заміна/рекомендація заміни в разі необхідності	Відповідність	

17.07.2021