

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710”.

Мета проведення закупівлі: для забезпечення діяльності Львівського НДЕКЦ МВС у 2021 році.

Замовник: Львівський НДЕКЦ МВС

ЄДРПОУ: 25575150

Вид процедури: Відкриті торги.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-23-017826-a

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори (Генетичний аналізатор)

Очікувана вартість предмета закупівлі:

3`663`333.33 грн. Очікувана вартість визначалася згідно пункту 2 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

1. Автоматична система для проведення капілярного електрофорезу і секвенування по Сенгеру або еквівалент – 1 шт.

№ з/п	Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі	Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі	Вимога (Наявність/ Відповідність)
1.1	Призначена для проведення реакцій секвенування та фрагментного аналізу		Відповідність
1.2	Кількість капілярів	не менше 4	Відповідність
1.3	Автоматичне промивання капілярів		
1.4	Автоматичне заповнення капілярів полімером	не менше 4	
1.5	Формат - 96-ти лунковий планшет або 8-лункові стрипи		
1.6	Можливість одночасного аналізу	не менше 4 зразків	
1.7	Картридж з капілярами		

1.8	Джерело світла - твердотільний лазер	довжина хвилі не менше 505 нм	
1.9	Використання полімеру для секвенування і фрагментного аналізу		
1.10	Одночасне детектування барвників	не менше 6	
1.11	Довжина капіляра	не менше 28 см	
1.12	Управління приладом за допомогою кольорової сенсорної панелі приладу		
1.13	Прилад є валідованим у відповідності до міжнародних визнаних стандартів DAB / SWGDAM в межах завдань з криміналістичної ідентифікації особи		
1.14	1 комп'ютер для аналізу результатів відповідно до комплектації виробника аналізатора з РК-монітором не менше 23"		Наявність/ Відповідність
1.15	Наявність джерела безперебійного живлення типу APS	потужністю не менше 2400 mA	
1.16	Спеціалізоване програмне забезпечення GeneMapper ID-X або GeneMarker для генотипування експертних зразків і створення внутрішньолaboratorної бази даних, інсталяційний набір		
1.17	Наявність інструкції російською або українською мовами		
1.18	Гарантійне обслуговування приладу не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію.		

24.11.2021