

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710”.

Мета проведення закупівлі: для забезпечення належного функціонування обладнання відділу досліджень матеріалів, речовин та виробів Львівського НДЕКЦ МВС.

Замовник: Львівський НДЕКЦ МВС

ЄДРПОУ: 25575150

Вид процедури: відкриті торги.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-10-002657-a.

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 – 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» (Сервісне обслуговування газового хроматографа та газового хроматографа-мас-спектрометра).

Кількість – 2 шт.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 43020.00 грн (сорок три тисячі двадцять гривень 00 коп.) з ПДВ. Очікувану вартість розраховано шляхом аналізу ринку відповідних послуг через пошук загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, а також в електронній системі закупівель ProZorro, на підставі у межах затверджених обсягів фінансування у 2021 році.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: визначено відповідно до потреб відділу досліджень матеріалів, речовин та виробів Львівського НДЕКЦ МВС та вимог до експлуатації обладнання, з дотриманням норм та принципів Закону України “Про публічні закупівлі”, технічних та інших норм, стандартів і правил, встановлених діючим законодавством України для відповідного виду послуг.

Назва, кількість та характеристики товару:

№ п/п	Найменування	Кількість, послуга
1	Сервісне обслуговування газового хроматографа Shimadzu GC-2010 Plus AF	1
1.1.	Діагностика робочих параметрів хроматографа Shimadzu GC-2010 Plus AF	
1.2.	Діагностика робочих параметрів програмного забезпечення	
1.3.	Інжектор	
1.3.1.	перевірка стану лайнера, ущільнень та скловати та їх заміна/ в разі необхідності	
1.3.2.	перевірка герметичності аналітичних ліній (каналів подачі газу-носія, обдувки септи та каналу скидання потоку ділення	
1.3.3.	перевірка робочих параметрів фільтрів в каналах подачі газу-носія, обдувки септи та каналу	
1.3.4.	перевірка температурних режимів, параметрів інжектора (за потоками та тиском);	
1.4	Детектор	
1.4.1.	перевірка стану детектора (сопла, пальника) та їх очистка чи заміна/рекомендація заміни в разі необхідності	
1.4.2.	перевірка стану детектора (сопла, пальника) та їх очистка чи заміна/рекомендація заміни в разі необхідності	
1.4.3.	перевірка температурних режимів, чутливості, параметру шуму детектора	
1.5.	Термостат: перевірка температурних режимів термостату	
1.6.	Автоінжектор	
1.6.1.	діагностика робочих параметрів автоінжектора	
1.6.2.	перевірка стану шприца та його очистка, віал для промивки та зливу	
1.7.	Кондиціонування системи (інжектор, детектор) в разі необхідності (наприклад, забруднення вузлів чи елементів системи)	
1.8.	Перевірка стану фільтрів очистки газів та заміна/рекомендація заміни в разі необхідності	
2	Сервісне обслуговування газового хроматографа-мас-спектрометра Shimadzu GC-MS QP2020 EI	1
2.1	Діагностика робочих параметрів хроматографа-мас-спектрометра Shimadzu GC-MS QP2020 EI	
2.2	Діагностика робочих параметрів програмного забезпечення	
2.3	Інжектор	
2.3.1.	перевірка стану лайнера, ущільнень та	

	скловати та їх заміна/ в разі необхідності;	
2.3.2.	перевірка герметичності аналітичних ліній (каналів подачі газу-носія, обдувки септи та каналу скидання потоку ділення)	
2.3.3.	перевірка робочих параметрів фільтрів в каналах подачі газу-носія, обдувки септи та каналу скидання потоку ділення та їх заміна/рекомендація заміни в разі необхідності;	
2.3.4.	перевірка температурних режимів, параметрів інжектора (за потоками та тиском	
2.4.	Детектор	
2.4.1.	перевірка стану детектора (філаментів, камери іонізації) та їх очистка чи заміна/рекомендація заміни в разі необхідності;	
2.4.2.	перевірка робочих параметрів вакууму та тестування на герметичність;	
2.4.3.	перевірка температурних режимів;	
2.5.	Форвакуумний насос: перевірка стану оливи та її заміна/ в разі необхідності	
2.6.	Термостат: перевірка температурних режимів термостату	
2.7.	Автоінжектор	
2.7.1.	діагностика робочих параметрів автоінжектора	
2.7.2.	перевірка стану шприца та його очистка, віал для промивки та зливу;	
2.8.	Кондиціонування системи (інжектор, детектор) в разі необхідності (наприклад, забруднення вузлів чи елементів системи);	
2.9.	Перевірка стану фільтрів очистки газів та заміна/рекомендація заміни в разі необхідності	

15.06.2021